

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 27.decembra sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa  
„Uroloģijas nodaļas aprīkojuma iegāde A korpusam”  
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/244)  
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

**1. jautājums**

Lūdzam rast iespēju grozīt, papildināt vai izņemt 3.daļai “Ultrasonogrāfs ar intraoperatīvo zondi” 3.1.2.2.punktu “Mobils uz statīva, viegli manevrējams (kopējais svars, bet papildaprīkojuma, nepārsniedz 70 kg) izņem svāras prasības vai visu punktu.”

**Atbilde:**

Ņemot vērā to, ka Pasūtītājam ir jānodrošina iekārtu noslodze līdz 75%, minētā prasība netiks mainīta, jo iekārta tiks izmantota vairākās telpās, līdz ar to iekārtas svāras un mobilitāte ir ļoti svarīga, lai samazinātu personāla traumu risku iekārtu pārvietojoat.

**2. jautājums**

Lūdzam rast iespēju grozīt, papildināt vai izņemt 3.daļai “Ultrasonogrāfs ar intraoperatīvo zondi” 3.1.6.1.punktu “Abdominālā zonde (2.0 – 6.0 MHz). Vai frekvenču diapozons 1.0 – 5.0 MHz ir atbilstošs?”

**Atbilde:**

Norādām, ka frekvenču diapozons ir izvēlēts atbilstoši izmeklējumiem izmantojamam frekvenču diapozonam. Piedāvājums tiks izskatīts, bet par atbilstošu tiks atzīts piedāvājums, kurš atbildīs iepirkuma Nolikuma prasībām.